

PD Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Friedrich von Rheinbaben

Esperto in Virologia, Microbiologia e Igiene - Monheim am Rhein – Germania

ATTESTATO DI IGIENE



Attestato di garanzia sull'efficacia virucida del processo di lavaggio e trattamento di contenitori sanitari dedicati effettuato nelle lavapadelle MEIKO contro Coronavirus (COVID-19)

SI ATTESTA CHE

Nome Azienda

utilizza la lavapadelle MEIKO mod. gamma TOPIC 20.3 - matr.10xxxx per il «lavaggio-pulizia-igiene» dei contenitori sanitari **rispettando tutti i requisiti tecnici e igienico sanitari per garantire l'efficacia del processo di lavaggio e trattamento dei contenitori sanitari dedicati effettuato nella lavapadelle MEIKO contro il nuovo Coronavirus (COVID-19):**

- **Primo trattamento ad acqua fredda**
- **Fase di risciacquo con acqua calda a partire da 45 °C**
- **Fase di disinfezione: utilizzo di vapore ad almeno 93 °C con rilevamento interno del valore A0 di 600° (regolato con valori A0 pari o superiori a 60° C)**
- **Utilizzo prodotti chimici:**
 - Detergenti alcalino nella fase di risciacquo con acqua calda
 - Brillantante/anticalcare nella fase di disinfezione

La macchina rispetta le **NORMATIVE IGIENICHE INTERNAZIONALI** per il lavaggio e disinfezione dei contenitori sanitari nelle strutture sanitarie e ospedaliere, stabilite dalla normativa:

UNI EN ISO 15883-3:2009

e garantisce l'efficacia disattivazione di coronavirus.

MEIKO Italia Srl

Dr. Eric Wejss

Amministratore Delegato

Chivasso, 1° settembre 2020



SGS
TUV
S A A R
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001